

取扱食品の放射性物質 自主検査結果報告書

令和7年12月30日更新

＜試験方法等について＞

- (1)一般食品はNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを使用して、スクリーニング検査を行います。検査の結果、放射性物質がスクリーニングレベル(50Bq/Kg)を超えた場合は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いて確定検査を行います。また検査数の増加に対応するため一般食品もゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いての検査を実施していきます。
- (2)水、牛乳、飲用茶及び検査数の増加に伴い、一般食品の一部はゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査を行います。
- ※厚生労働省2012年3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準じ、また2012年3/15発信の「食品中の放射性物質の試験法について」に則して実施しています。

＜検査結果の見方＞

- (1)「検出せず」とは、測定下限値未満のこと及び検出限界値未満のことです。
- (2)測定下限値とは、スクリーニング検査において測定できる最小の値をいいます。スクリーニング検査で核種別の測定値は参考値です。
- (3)検出限界値とは、Ge半導体検出器による測定において検出できる最小値をいいます。「検出せず<10」とあるのは検出できる最小値が10ベクレルということです。
- NaI使用機器の検査で測定下限値(25ベクレル)未満である場合は「<25」と記載しています。

検査機器 NaI NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターベルトールドLB2045  
Ge ゲルマニウム半導体検出器セイコーEG&G社オルテックSEG-EMS GEM40P4-76

No	試験日	食品区分	部門	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)						備考
							放射性セシウム						
							セシウム-134		セシウム-137		セシウム合計		
1	12月22日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 12/30)	Ge	検出せず	<1.07	検出せず	<1.04	検出せず	<2.1	
2	12月22日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 12/30)	Ge	検出せず	<1.16	検出せず	<0.98	検出せず	<2.1	
3	12月22日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/8)	Ge	検出せず	<0.96	検出せず	<1.11	検出せず	<2.1	
4	12月22日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 12/31)	Ge	検出せず	<1.19	検出せず	<1.11	検出せず	<2.3	
5	12月22日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 12/31)	Ge	検出せず	<0.97	検出せず	<1.22	検出せず	<2.2	
6	12月22日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/9)	Ge	検出せず	<0.83	検出せず	<1.04	検出せず	<1.9	
7	12月22日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/1)	Ge	検出せず	<0.96	検出せず	<1.11	検出せず	<2.1	
8	12月22日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/1)	Ge	検出せず	<0.79	検出せず	<1.04	検出せず	<1.8	
9	12月22日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/10)	Ge	検出せず	<1.11	検出せず	<0.69	検出せず	<1.8	
10	12月25日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 12/29)	Ge	検出せず	<4.76	検出せず	<5.52	検出せず	<10	
11	12月25日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/2)	Ge	検出せず	<0.98	検出せず	<1.17	検出せず	<2.2	
12	12月25日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/2)	Ge	検出せず	<1.11	検出せず	<0.97	検出せず	<2.1	
13	12月25日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/11)	Ge	検出せず	<1.27	検出せず	<1.11	検出せず	<2.4	
14	12月25日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/3)	Ge	検出せず	<1.16	検出せず	<1.11	検出せず	<2.3	
15	12月25日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/3)	Ge	検出せず	<0.98	検出せず	<1.27	検出せず	<2.3	
16	12月25日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/12)	Ge	検出せず	<0.78	検出せず	<0.90	検出せず	<1.7	
17	12月26日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/4)	Ge	検出せず	<1.09	検出せず	<1.57	検出せず	<2.7	
18	12月26日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/4)	Ge	検出せず	<1.29	検出せず	<1.37	検出せず	<2.7	
19	12月26日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/13)	Ge	検出せず	<1.31	検出せず	<1.04	検出せず	<2.4	
20	12月26日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/5)	Ge	検出せず	<0.90	検出せず	<1.17	検出せず	<2.1	
21	12月26日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/5)	Ge	検出せず	<1.11	検出せず	<1.17	検出せず	<2.3	
22	12月26日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 26年1/14)	Ge	検出せず	<0.97	検出せず	<0.80	検出せず	<1.8	

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして 検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に  
対する結果を意味するものではありません。