

取扱食品の放射性物質 自主検査結果報告書

令和8年9月24日更新

＜試験方法等について＞

- (1)一般食品はNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータを使用して、スクリーニング検査を行います。検査の結果、放射性物質がスクリーニングレベル(50Bq/Kg)を超えた場合は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いて確定検査を行います。また検査数の増加に対応するため一般食品もゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いての検査を実施していきます。
- (2)水、牛乳、飲用茶及び検査数の増加に伴い、一般食品の一部はゲルマニウム(Ge)半導体検出器による確定検査を行います。
- ※厚生労働省2012年3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準じ、また2012年3/15発信の「食品中の放射性物質の試験法について」に則して実施しています。

(単位:ベクレル/kg)		
食品衛生法規格		検出限界値
食品区分	基準値	
飲料水	10	2
牛乳	50	10
一般食品	100	測定下限値 25

＜検査結果の見方＞

- (1)「検出せず」とは、測定下限値未満のこと及び検出限界値未満のことです。
- (2)測定下限値とは、スクリーニング検査において測定できる最小の値をいいます。スクリーニング検査で核種別の測定値は参考値です。
- (3)検出限界値とは、Ge半導体検出器による測定において検出できる最小値をいいます。「検出せず<10」とあるのは検出できる最小値が10ベクレルということです。
- NaI使用機器の検査で測定下限値(25ベクレル)未満である場合は「<25」と記載しています。

検査機器 NaI NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメーターベルトールドLB2045
Ge ゲルマニウム半導体検出器セイコーEG&G社オルテックSEG-EMS GEM40P4-76

No	試験日	食品区分	部門	原料 生産地名 /加工地名	商品名	検査 機器	試験結果(単位:ベクレル/Kg)						備考
							放射性セシウム						
							セシウム-134		セシウム-137		セシウム合計		
1	9月13日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/22)	NaI	検出せず	<3.53	検出せず	<2.85	検出せず	<10	
2	9月13日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/22)	NaI	検出せず	<3.26	検出せず	<2.83	検出せず	<10	
3	9月13日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/1)	NaI	検出せず	<4.15	検出せず	<2.68	検出せず	<10	
4	9月13日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 9/17)	NaI	検出せず	<3.22	検出せず	<2.69	検出せず	<25	
5	9月13日	一般食品	鮮魚	福島県	天然すずき (入荷日 9/12)	NaI	検出せず	<3.22	検出せず	<2.63	検出せず	<25	
6	9月15日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/23)	NaI	検出せず	<3.85	検出せず	<2.80	検出せず	<10	
7	9月15日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/23)	NaI	検出せず	<3.22	検出せず	<2.77	検出せず	<10	
8	9月15日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/2)	NaI	検出せず	<4.22	検出せず	<2.82	検出せず	<10	
9	9月15日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/24)	NaI	検出せず	<3.22	検出せず	<2.99	検出せず	<10	
10	9月15日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/24)	NaI	検出せず	<3.22	検出せず	<2.67	検出せず	<10	
11	9月15日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/3)	NaI	検出せず	<3.22	検出せず	<3.00	検出せず	<10	
12	9月16日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/25)	NaI	検出せず	<3.21	検出せず	<2.41	検出せず	<10	
13	9月16日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/25)	NaI	検出せず	<3.21	検出せず	<2.60	検出せず	<10	
14	9月16日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/4)	NaI	検出せず	<3.21	検出せず	<2.88	検出せず	<10	
15	9月16日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/26)	NaI	検出せず	<3.21	検出せず	<2.76	検出せず	<10	
16	9月16日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/26)	NaI	検出せず	<3.90	検出せず	<2.76	検出せず	<10	
17	9月16日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/5)	NaI	検出せず	<3.21	検出せず	<2.46	検出せず	<10	
18	9月16日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 9/21)	NaI	検出せず	<3.21	検出せず	<2.97	検出せず	<25	
19	9月18日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/27)	NaI	検出せず	<3.27	検出せず	<2.89	検出せず	<10	
20	9月18日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/27)	NaI	検出せず	<3.19	検出せず	<2.88	検出せず	<10	
21	9月18日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/6)	NaI	検出せず	<3.98	検出せず	<2.77	検出せず	<10	
22	9月18日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/28)	NaI	検出せず	<3.60	検出せず	<2.63	検出せず	<10	
23	9月18日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/28)	NaI	検出せず	<3.19	検出せず	<2.77	検出せず	<10	
24	9月18日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/7)	NaI	検出せず	<4.20	検出せず	<2.75	検出せず	<10	
25	9月19日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/29)	NaI	検出せず	<3.19	検出せず	<2.97	検出せず	<10	
26	9月19日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業 おいしさ直送牛乳1ℓ (期限日 9/29)	NaI	検出せず	<3.19	検出せず	<2.59	検出せず	<10	
27	9月19日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ (期限日 10/8)	NaI	検出せず	<3.92	検出せず	<2.57	検出せず	<10	
28	9月19日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店 めかぶ 35g×3 (期限日 9/24)	NaI	検出せず	<3.19	検出せず	<2.77	検出せず	<25	

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして 検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に
対する結果を意味するものではありません。