取扱食品の放射性物質　自主検査結果報告書

令和8年11月3日更新

（単位：ベクレル/kg）

食品衛生法規格		検出限界値
食品区分	基準値	
飲料水	10	2
牛乳	50	10
一般食品	100	測定下限値 25

＜試験方法等について＞

（1）一般食品はNaI（Tl）シンチレーションスペクトロメータを使用して、スクリーニング検査を行います。検査の結果、放射性物質がスクリーニングレベル（50Bq/Kg）を超えた場合は、ゲルマニウム（Ge）半導体検出器を用いて確定検査を行います。また検査数の増加に対応するため一般食品もゲルマニウム（Ge）半導体検出器を用いての検査を実施していきます。

（2）水、牛乳、飲用茶及び検査数の増加に伴い、一般食品の一部はゲルマニウム（Ge）半導体検出器による確定検査を行います。

※厚生労働省2012年3/1発信の「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正について」に準じ、また2012年3/15発信の「食品中の放射性物質の試験法について」に則して実施しています。

＜検査結果の見方＞

（1）「検出せず」とは、測定下限値未満のこと及び検出限界値未満のことです。

（2）測定下限値とは、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査において測定できる最小の値をいいます。ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査で核種別の測定値は参考値です。

（3）検出限界値とは、Ge半導体検出器による測定において検出できる最小値をいいます。「検出せず＜10」とあるのは検出できる最小値が10ﾍﾞｸﾚﾙということです。

○ NaI使用機器の検査で測定下限値（25ベクレル）未満である場合は「＜25」と記載しています。

検査機器　NaI　NaI（Tl）シンチレーションスペクトロメーターベルトールドLB2045

Ge　ゲルマニウム半導体検出器セイコーEG＆G社オルテックSEG-EMS　GEM40P4-76

No	試験日	食品区分	部門	原料生産地名/加工地名	商品名	検査機器	試験結果(単位：ベクレル/Kg) 放射性セシウム セシウム-134		セシウム-137		セシウム合計		備考
1	10月27日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/4）	Ge	検出せず	＜1.13	検出せず	＜1.32	検出せず	＜2.5	
2	10月27日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/4）	Ge	検出せず	＜1.17	検出せず	＜1.32	検出せず	＜2.5	
3	10月27日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ（期限日 11/13）	Ge	検出せず	＜1.15	検出せず	＜1.11	検出せず	＜2.3	
4	10月27日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/5）	Ge	検出せず	＜0.89	検出せず	＜1.22	検出せず	＜2.1	
5	10月27日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/5）	Ge	検出せず	＜1.01	検出せず	＜1.42	検出せず	＜2.4	
6	10月27日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ（期限日 11/14）	Ge	検出せず	＜1.01	検出せず	＜0.98	検出せず	＜2.0	
7	10月28日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/6）	Ge	検出せず	＜1.37	検出せず	＜1.22	検出せず	＜2.6	
8	10月28日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/6）	Ge	検出せず	＜0.71	検出せず	＜1.11	検出せず	＜1.8	
9	10月28日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ（期限日 11/15）	Ge	検出せず	＜0.81	検出せず	＜1.04	検出せず	＜1.9	
10	10月28日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/7）	Ge	検出せず	＜1.31	検出せず	＜1.45	検出せず	＜2.8	
11	10月28日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/7）	Ge	検出せず	＜0.89	検出せず	＜0.98	検出せず	＜1.9	
12	10月28日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ（期限日 11/16）	Ge	検出せず	＜0.76	検出せず	＜1.17	検出せず	＜1.9	
13	10月29日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店　めかぶ 35g×3（期限日 11/2）	NaI	検出せず	＜3.58	検出せず	＜2.86	検出せず	＜25	
14	10月29日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/8）	Ge	検出せず	＜1.20	検出せず	＜1.11	検出せず	＜2.3	
15	10月29日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/8）	Ge	検出せず	＜1.06	検出せず	＜1.22	検出せず	＜2.3	
16	10月29日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ（期限日 11/17）	Ge	検出せず	＜1.03	検出せず	＜1.17	検出せず	＜2.2	
17	10月31日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/9）	Ge	検出せず	＜0.93	検出せず	＜0.98	検出せず	＜1.9	
18	10月31日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/9）	Ge	検出せず	＜0.99	検出せず	＜1.11	検出せず	＜2.1	
19	10月31日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ（期限日 11/18）	Ge	検出せず	＜0.60	検出せず	＜1.04	検出せず	＜1.6	
20	10月31日	牛乳	日配食品	千葉工場	協同乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/10）	Ge	検出せず	＜1.41	検出せず	＜1.32	検出せず	＜2.7	
21	10月31日	牛乳	日配食品	千葉工場	興真乳業　おいしさ直送牛乳1ℓ（期限日 11/10）	Ge	検出せず	＜1.52	検出せず	＜1.22	検出せず	＜2.7	
22	10月31日	牛乳	日配食品	北海道	特選北海道直送牛乳1ℓ（期限日 11/19）	Ge	検出せず	＜0.99	検出せず	＜0.90	検出せず	＜1.9	
23	10月31日	一般食品	鮮魚	宮城県	マルダイ長沼商店　めかぶ 35g×3（期限日 11/5）	NaI	検出せず	＜4.87	検出せず	＜2.62	検出せず	＜25	

※検査はサンプリングにより実施しています。従いまして　検査結果は検査した検体に対する結果であって、当社で販売しているすべての商品に対する結果を意味するものではありません。